

➤ Pregão Eletrônico

985531.852020 .4066 .4762 .760800000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00085/2020

Às 09:10 horas do dia 22 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 192/2020 de 27/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 193/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00085/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ambulância UTI, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** AMBULÂNCIA

Descrição Complementar: AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATOSINALIZADOR BARRA, TIPO SINALIZADOR 4 KITS ROTATIVOS COM LENTES VERMELHAS/ BRANCAS IN-, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 2 DIANTEIRAS, 1 LATERAL DESLIZANTE E 1 TRASEIRA E M, POTÊNCIA 127 CV OU SUPERIOR, TIPO CAMBIO MECÂNICO, CILINDRADA 2.200 CM3, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO A FRENTE 5 UN

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 221.333,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,10 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - AMBULÂNCIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.353.258/0001-60	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Não	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	21/09/2020 11:24:58
Marca: MERCEDES Fabricante: MERCEDES Modelo / Versão: SPRINTER 2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES SPRINTER 416 2020, ambulancia conforme edital.							
03.093.776/0001-91	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	21/09/2020 17:47:30
Marca: MERCEDES BENS Fabricante: MERCEDES BENS Modelo / Versão: SPRINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ambulância UTI, nova (zero Km), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos							
21.380.013/0001-03	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/09/2020 17:30:42
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER L3H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO AMBULÂNCIA UTI: Tipo de Carroceria: Furgão. Novo 0 Km. Ano/Modelo mínimo: 2020/2020. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga Útil: 1.500 Kg. Teto Alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 6 marchas a frente e 1 a ré. Preparação para rádio com antena e alto-falantes. Rádio com AM/FM, leitor MP3, entrada USB. Retrovisores Externos Elétricos. Airbag duplo (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retrateis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rodas de aço estampado e Pneus 16 polegada. Tomada 12V. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com reversa: 80 litros. Freios: Dianteiro: Disco Ventilado; Traseiro: Disco; Com sistema ABS. Ar-Condicionado. Brake Light. Faróis de Neblina. Travas Elétricas. Vidros dianteiros Elétricos. Banco do Motorista com regulagem de altura. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Transformação em Ambulância UTI – Tipo B. Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Revestimento Interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca.							

Revestimento Interno do Assoalho em Chapas de Compensado Naval com tratamento à prova de umidade, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço com acabamentos em perfis de alumínio. Janela corredeira na divisória interna do veículo. Janela corredeira na porta lateral no compartimento do paciente do veículo. Ar-condicionado. Ventilador/Exaustor aéreo no compartimento do paciente. Armário aéreo instalado na lateral interna do compartimento do paciente com comprimento de 1,20 metros com portas de correr e mecanismo de fechamento. Uma poltrona Reclinável. Um banco baú para três pessoas com cintos de segurança de três pontos. Iluminação interna de quatro luminárias em Led. Um sinalizador acústico e visual, tipo Barra Linear de Led com uma sirene eletrônica de 100 watts com 4 tons; Conjunto com 8 luzes de emergência externas com lentes de acrílico nas cores vermelha e incolor instaladas nas laterais e traseira do veículo; Conjunto com 8 Super-Led instalados na grade frontal do veículo; Conjunto com 2 Super-Led instalados acima das sinaleiras traseiras; 2 faroletes de embarque direcionais instalado na traseira superior; Luz de embarque para a porta traseira; Sirene de Marcha-ré acionada quando engate da marcha-ré. Uma Maca retrátil de 1,85 metros de comprimento em alumínio com rodízio, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável, engate rápido e três cintos de segurança com 2 anos de garantia, conforme ABNT/NBR/14561:2000 com registro na ANVISA. Uma Prancha de Imobilização Adulta de Polipropileno. Seis proteções tipo bolachas de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil. Sistema de Oxigênio: Um conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; Um suporte para Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3; Um Cilindro de Oxigênio de 3.5 M3 com válvula e interligado ao conjunto de oxigenação. Um suporte corrimão em alumínio polido. Um suporte para soro e sangue. Captação de Energia externa com tomada e cabo de 20 metros. Bateria Auxiliar de 100A. Nobreak com função de inversor de voltagem. Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas. Portas traseiras com abertura de 180 graus. Plotagem seguindo modelo padrão do Estado do Paraná (em anexo). Vidros traseiros e janela de correr lateral serigrafados. Ar-Condicionado para Compartimento de Paciente com potência mínima de 20.000 BTU's para cabine do motorista e 30.000 BTU's para compartimento traseiro. Garantia Total mínima de 1 ano ou 100 mil Km. Cor: Branca. Sem divisória entre cabine do condutor e compartimento traseiro. Isolamento termo acústico. Piso antiderrapante em fibra de vidro. 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca. 02 tomadas internas 12 Vcc. Inversor de voltagem 400 Watts. Ventilador Pulmonar: Ventilador pulmonar portátil digital, para emergência neonatal, pediátrico e adulto - capaz de ventilar paciente neonatal de extremo baixo peso e com possibilidade em ser usado em transporte de pacientes. Tela de gráfica mínimo de 5 polegadas, display colorido touch screen. Modalidades de ventilação: VCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PCV (ASSISTIDO/CONTRILADO), PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. Bateria com no mínimo 6 horas de autonomia. Fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, bateria fraca e problemas na rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão e volume por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da fio2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; sistema de fixação específico

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	21.380.013/0001-03	22/09/2020 09:10:42:523
R\$ 250.000,0000	03.093.776/0001-91	22/09/2020 09:10:42:523
R\$ 250.000,0000	03.353.258/0001-60	22/09/2020 09:10:42:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/09/2020 09:11:14	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	22/09/2020 09:47:58	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Nenhuma proposta atingiu valor máximo permitido..
Suspensão	22/09/2020 10:09:54	Item Suspensão.
Aberto	22/09/2020 10:11:10	Item Reaberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/09/2020 10:25:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/09/2020 10:25:26	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/09/2020 10:25:27	Item teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2020 11:17:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.
Recusa	22/09/2020 14:59:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000. Motivo: Licitante não conseguiu fazer pelo valor máximo do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2020 14:59:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91.
Recusa	22/09/2020 15:01:50	Recusa da proposta. Fornecedor: BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 03.353.258/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000. Motivo: Licitante apenas anexou um prospecto do veículo, não anexando Proposta de Preço e documentos de Habilitação (Item 7.2 do Edital).
Recusa	22/09/2020 15:10:10	Recusa da proposta. Fornecedor: FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.380.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Licitante não conseguiu fazer pelo valor máximo do Edital.
Item cancelado no julgamento	22/09/2020 15:13:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta classificada.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/09/2020 09:11:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/09/2020 09:11:14	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/09/2020 09:11:24	Bom dia Licitantes!
Pregoeiro	22/09/2020 09:11:32	Licitantes, informo que os lances devem ser abaixo do valor estimado.
Pregoeiro	22/09/2020 09:11:42	E lembrando que a quantidade e descrição dos produtos devem seguir a descrição do Termo de Referência do Edital.
Pregoeiro	22/09/2020 09:47:58	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/09/2020 09:49:25	Licitantes, não é possível aceitar proposta com valor máximo do teto.
Pregoeiro	22/09/2020 10:09:54	O item 1 foi suspenso. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	22/09/2020 10:11:11	O item 1 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/09/2020 10:25:26	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	22/09/2020 10:25:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/09/2020 10:25:26	O item 1 teve empate real para o valor 250.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/09/2020 10:25:27	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/09/2020 10:41:38	Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Licitante, valor proposta está acima do valor máximo aceitável, consegue fazer um desconto para fazer o aceite da proposta?
03.093.776/0001-91	22/09/2020 11:02:13	Bom dia, peço o prazo até as 14 horas para lhe retornar, estou buscando melhores valores para poder chegar ao estimado do edital, me concede o prazo?
Sistema	22/09/2020 11:04:42	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	22/09/2020 11:17:18	Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/09/2020 11:18:43	Para MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Licitante, disponibilizo até as 14:00 horas para envio da proposta com valor ajustado.
03.093.776/0001-91	22/09/2020 13:58:11	Prezados nosso ultimo preço exequível se mantem nos 250 mil reais, infelizmente não conseguiremos chegar no valor de referencia
Sistema	22/09/2020 14:59:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/09/2020 15:02:50	Para FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Licitante, valor proposta está acima do valor máximo aceitável, consegue fazer um desconto para fazer o aceite da proposta?
21.380.013/0001-03	22/09/2020 15:06:09	boa tarde so um instante
21.380.013/0001-03	22/09/2020 15:06:15	Boa tarde. Não conseguimos atender ao valor de referência. Nosso melhor valor para o lote é R\$ 300.000,00. Agradecemos a oportunidade.
Sistema	22/09/2020 15:13:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/09/2020 15:14:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/09/2020 às 15:35:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/09/2020 15:13:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/09/2020 15:14:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/09/2020 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:55 horas do dia 22 de setembro de 2020, cuja

ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO DIECKEL
Pregoeiro Oficial

DJESCICA REGINA SIEWES
Equipe de Apoio

JAKSON FELIPE WINKELMANN
Equipe de Apoio

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio



Voltar

