



Município de Mercedes

Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 51/2022

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 51/2022, que tem por objeto a aquisição de equipamento hospitalar novo para utilização da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes:

1 – Considerando questionamento encaminhado, a respeito da **falta de características do item** que integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se a descrição técnica constante do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência, do Edital, que passa a vigorar conforme disposto abaixo:

ITEM 01 EQUIPAMENTO ULTRASSOM

Aparelho de ultrassom para obstetrícia, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, pequenas partes, vascular, pediatria, mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna/imagem geral. Das características de configuração: Imagens nos modos B, M, Power Doppler, Color Doppler e Doppler Espectral. Processamento de imagem com processadores de software e de hardware independentes. Mais tons de cinza são utilizados na composição da imagem, produzindo imagens mais detalhadas. Software desenvolvido para melhorar a resolução da escala de cinzas. Redução da granulação da imagem. Maior realce de bordas e contraste. Software de composição espacial de imagens, realizando varreduras com feixes nas direções convencional e oblíquas. Imagem harmônica tecidual de pulso invertido. Power Doppler Direcional de alta sensibilidade e menor dependência de ângulo de insonação. Tela modo dual/quad, permite colocar modos de imagem independentes em cada divisão. Monitor LCD/LED com no mínimo 19 polegadas. Zoom em tempo real e na imagem congelada. Possibilidade de aumentar em 20% o campo de visão nas imagens obtidas com transdutor linear. Otimização automática dos parâmetros de imagem 2D, Doppler colorido e pulsado ao toque de um botão. Possibilita customização do menu de medidas. Banco de palavras e marcadores de corpo pode ser pré-definidos pelo usuário. Permite abertura do arquivo imagens e “cineloops” para a realização de medidas e ajustes de parâmetros 2D e Doppler. Caixa de zoom na região dos calípers de medida. Seleciona as 8 (oito) combinações mais comuns de transdutor e preset em um toque. Doppler contínuo para cardiografia. Informações gerais do equipamento: Possui quatro rodas articuladas com travas e puxadores frontais. Monitor LED Full HD 21,5 polegadas de alta definição e com possibilidade de rotação e angulação. TGC Analógico. 3 (três) portas ativas, 5 (cinco) suportes para transdutores e 6 (seis) portas USB 2.0. Sistema operacional Microsoft Windows. Transdutores multifrequenciais de banda larga do tipo: 01 (uma) unid. Do transdutor linear com faixa mínima de 5 a 12 MHz; 01 (uma) unid. do transdutor convexo com faixa mínima de 2 a 8 MHz; e 01 (uma) unid. do transdutor endocavitário com faixa mínima de 4 a 9 MHz. Conectividade avançada. Gravador de CD/DVD. HDD integrado de 500GB. Teclado físico. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Observações:



Município de Mercedes

Estado do Paraná

a) Ficam mantidas as informações referentes a quantidade, valor unitário e valor total do item acima identificado;

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, **altera-se** a data da sessão de abertura e julgamento, passando a ocorrer em **23 de maio de 2022, às 08h30min**, no mesmo local originalmente designado, qual seja, *Portal de Compras do Governo Federal* – www.comprasgovernamentais.gov.br

O Edital do procedimento licitatório na íntegra, posterior retificação e demais documentos encontram-se disponíveis aos interessados na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - PR, bem como, no site www.mercedes.pr.gov.br, *link* licitações.

Mercedes – PR, 04 de maio de 2022.

Laerton Weber
PREFEITO