

Razão Social: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
CNPJ: 33.583.026/0001-69  
Endereço: RUA TARÃO HIRIGUTI, 169 – MARIALVA/PR  
Telefone: (44) 3354-2553

- E-mail para envio de ATAS/CONTRATOS para assinatura: [juridico@olimpioequipamentos.com.br](mailto:juridico@olimpioequipamentos.com.br)
- E-mail para envio de EMPENHOS: [empenho@olimpioequipamentos.com.br](mailto:empenho@olimpioequipamentos.com.br)

### PROPOSTA AJUSTADA

Pelo presente instrumento, a empresa OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.583.026/0001-69, Inscrição Estadual 90813847-35, sediada a RUA TARÃO HIRIGUTI, 169 - JARDIM ELDORADO CEP 86990-000 Marialva-PR, Telefone (44) 3354 2553, por intermédio de seu responsável legal, o senhor Rene Roberto Olímpio da Rocha, portador do RG nº 4.977.333-1 e CPF nº 612.147.289-87, Banco do Brasil, Agência nº 76317, Conta Corrente nº 319-0.

Vem a presente da Vossa Senhoria apresentar a proposta ajustada de acordo com o pregão em epígrafe:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/MODELO/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ELETROCARDIOGRAFO: Aparelho hospitalar para avaliação da saúde cardiovascular. ECG portátil de fácil manuseio. Tela de LCD colorida de no mínimo 5". Touchscreen. Visualização simultânea de 12 traçados de ECG em tempo real. Captura simultânea de 12 canais de derivações. Interface de comunicação: mínimo 2 USB e rede. Bateria de Lítion recarregável com autonomia de no mínimo 8 horas. Teclado alfanumérico para entrada dos dados. Armazenamento de até 100 registros ou mais de ECG para posterior impressão ou transferência em PDF (conexão USB e/ou rede ethernet). Ajuste automático da linha de base. Modos: Auto/Manual/Ritmo/USB. Indicadores mínimos: Ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria, recarregando bateria, detecção de derivação, eletrodo solto, falta de papel e nível de carga de bateria. Alimentação bivolt automático (110 a 240V). Faixa de frequência cardíaca aproximada: 30 a 300 BPM. Calibração de tensão aproximada 1mV +- 3%. Impedância de entrada aproximada: 2,5MO (10Hz). Resposta de frequência aproximada: 0.05Hz~150Hz (-3dB). Rejeição de modo comum para sinais de aproximadamente 60Hz, >90DB. Acompanha no mínimo: 1 cabo paciente de 10 vias (terminações em garra), 1 conjunto de eletrodos para membros, 1 conjunto de eletrodos pré-cordiais, 1 cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT, 1 bateria de lítio recarregável, 3 bobinas de papel para registro de exames, 1 manual de usuário em português. Garantia de no mínimo 12 meses.	UNID.	1	ALFAMED / COMPASSUS 3000	R\$ 5.260,80	R\$ 5.260,80

R\$ 5.260,80  
(Cinco Mil, Duzentos E Sessenta Reais E Oitenta Centavos)

**PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:** Conforme Edital.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** Conforme Edital.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

Declaro concordância com todas as especificações do edital.

Marialva, 30 de Novembro de 2023

  
Rene Roberto Olimpio da Rocha  
Sócio Administrador  
CPF nº 612.147.289-87  
Rene Roberto Olimpio da Rocha  
Administrador

33.583.026/0001-69  
IE 90813847-35  
OLIMPIO EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES  
RUA TARÃO HIRIGUTI, 169 - JARDIM  
ELDORADO  
CEP 86990-000  
MARIALVA - PR



# Compassus 3000

## Eletrocardiógrafo

ECG portátil com aquisição de 12 canais de derivação



### Portátil e de fácil manuseio

- Interface de Comunicação: 2 USB, Rede, SD, RS232
- Bateria de Lítion recarregável com autonomia de 8,5 horas
- Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo e selecionáveis
- Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente
- Exame completo com apenas um toque
- Ajuste automático da linha de base
- Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada
- Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações
- Filtro de digitais completos e detecção automática de marca passo
- Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos
- As medições automáticas e interpretação conforme bancos de dados AHA / MIT / CSE

### Soluções de Impressão

- Impressora térmica de alta resolução
- Imprime 12 derivações simultâneas em papel A4 com impressora externa


### Gerenciamento de Dados

- Grande capacidade de armazenamento de dados: pelo menos 500 exames, podendo ser ampliada com disco externo via USB
- Exportação do exame em formato PDF (opcional para DICOM, FDA-XML, SCP)
- Software de gerenciamento de dados (opcional)


Touchscreen



Realmente portátil



Completo



Compassus 3000,  
Sinal de precisão.

Especificações Gerais	Compassus3000
Circuito de entrada	Proteção de desfibrilador
Derivações	12 derivações
Modo de aquisição	12 Canais Simultâneos
Conversor A/D	12 bits / 24 bits (opcional)
Faixa de tensão de entrada	<±5mVpp
Calibração	1mV ±3%
Resposta de frequência	0.01Hz~300Hz (-3dB)
Impedância de entrada	≥50MΩ (10Hz)
Corrente de entrada	≤0.01μA
Compensação DC	±500 mV / ±600 mV (opcional)
Ruído	≤12.5μVp-p
Constante de tempo	≥3.2s
Compensação DC	±300 mV
Ajuste de linha de base	Automático
Filtro	AC Filtro: On/Off DFT Filtro: 0.01 Hz/0.05 Hz/0.32 Hz/0.67 Hz EMG Filter: 25 Hz/35 Hz/45 Hz/OFF Filtro Passa Baixa: 300 Hz/270 Hz/150 Hz/100 Hz/75 Hz
CMRR	≥110 dB/≥140 dB (opcional)
Modo de gravação	Auto: 3 CH, 3/2 CH, 3 CH+1 R, 1 CH, 1 CH+1R Manual: 3 CH, 3/2 CH, 1 CH Ritmo: Ritmo de uma derivação
Faixa de Frequência Cardíaca	15 bpm a 300 bpm
Alimentação Bivolt Autom.	AC: 100 a 240VAC, 50/60 Hz Bateria de lítion recarregável: Tensão: 14.8 V Bateria suporta 8,5 horas de autonomia
Registrador	Impressora Térmica / Impressora Externa
Papel de Impressão	80 mm x 20 m
Velocidade de Impressão	5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (±3%)
Dimensão	224 mm x 143 mm x 54 mm
Peso	< 1.0 kg
Display	LCD Colorido 5.0" Touchscreen 800x480
Interface de Comunicação	Ethernet/RS232/USB - WIFI (Opcional)

**ALFAMED**  
SISTEMAS MÉDICOS

(31)3681-6388 | atendimento@alfamed.com

A Alfamed é líder em monitoração e conta com a maior rede de suporte técnico do Brasil.

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	11.405.384/0001-49	<b>Autorização</b>	8.06.293-7
<b>Produto</b>	ELETROCARDIÓGRAFO ALFA MED		

## Modelo Produto Médico

COMPASSUS 3000

<b>Tipo de Arquivo</b>	<b>Arquivos</b>	<b>Expediente, data e hora de inclusão</b>
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MAN.07.09.007.REC_02R- MANUAL DO USUÁRIO COMPASSUS 3000.pdf	4929784/22-1 - 10/11/2022 - 05:31

<b>Nome Técnico</b>	Eletrocardiografo
<b>Registro</b>	80629370012
<b>Processo</b>	25351.206108/2017-45
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - BRASIL</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)